

Poznań, dnia 05 maja 2017 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 13 – Lampa zabiegowa sufitowa dwuramienna z dodatkowym ramieniem na monitor 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową jednoczasową, o pełnej, zwartej, łatwej w dezynfekcji konstrukcji z trwałym i wydajnym źródłem światła emitującym jednorodny snop białego światła, z możliwością regulacji jego temperatury barwowej w przedziale 3100°K do 5000°K. Ograniczanie się tylko i wyłącznie do światła zimnego nie jest korzystne dla Zamawiającego gdyż w takich warunkach zaburzone jest postrzeganie tkanek i zmian na ich powierzchni.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści lampę, której górna część okrągłej czaszy wykonana jest z antybakteryjnego tworzywa Polygiene z dodatkiem jonów srebra?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia w zakresie 5% - 100% w tym oświetlenie ENDO na poziomie 5% wartości natężenia maksymalnego? Ofertowany parametr jest bez wątpienia korzystniejszy dla Zamawiającego.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lampę, której średnica kopuły ze zintegrowanymi uchwytyami wynosi 63 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści lampę której średnica oświetlanego pola, mierzona z odległości 1m jest regulowana w zakresie 20 – 42cm? Takie rozwiązanie jest bardziej optymalne i pozwala dostosować wielkość plamy do pola operacyjnego.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy biorąc pod uwagę, że Zamawiający zakupuje lampę z dodatkowym ramieniem na monitor, oczekuje aby w czaszy lampy była zabudowana asymetrycznie kamera FULL HD?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 13 – Lampa zabiegowa sufitowa 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową jednoczasową, o pełnej, zwartej, łatwej w dezynfekcji konstrukcji z trwałym i wydajnym źródłem światła emitującym jednorodny snop białego światła, z możliwością regulacji jego temperatury barwowej w przedziale 3100°K do 5000°K. Ograniczanie się tylko i wyłącznie do światła zimnego nie jest korzystne dla Zamawiającego gdyż w takich warunkach zaburzone jest postrzeganie tkanek i zmian na ich powierzchni.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści lampę, której górna część okrągłej czaszy wykonana jest z antybakteryjnego tworzywa Polygiene z dodatkiem jonów srebra?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia w zakresie 5% - 100% w tym oświetlenie ENDO na poziomie 5% wartości natężenia maksymalnego? Ofertowany parametr jest bez wątpienia korzystniejszy dla Zamawiającego.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lampę, której średnica kopuły ze zintegrowanymi uchwytemi wynosi 63 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści lampę której średnica oświetlanego pola, mierzona z odległości 1m jest regulowana w zakresie 20 – 42cm? Takie rozwiązanie jest bardziej optymalne i pozwala dostosować wielkość plamy do pola operacyjnego.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 27 Stół do przygotowania pacjenta 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stół, którego zewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonane są ze stopów metali lekkich a prostokątna podstawa ze stali zabudowana jest jednym, łatwym w utrzymaniu w czystości elementem zabezpieczającym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem 4 segmentowym: podglówek, płyta oparcia, płyta siedzeniowa, podnózek jednoczęściowy opuszczany dający możliwość uzyskania pozycji fotelowej?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści stół z przechylem Trendelenburga wynoszącym 20° oraz przechylem Antytrendelenburga wynoszącym 12°

Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu oparcia w zakresie 0 - 80°?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w miękkie materace przeciwoleżynowe o grubości 75 mm bez domieszki aktywnego srebra?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści stół, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 160 kg?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 28 Stół operacyjny 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem 4 segmentowym: podglówek, płyta oparcia, płyta siedzeniowa, podnózek jednoczęściowy opuszczany dający możliwość uzyskania pozycji fotelowej?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści stół, którego koła o średnicy 150mm blokowane są centralnie za pomocą dźwigni umieszczonych wzdłużnie po obu stronach stołu?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści stół, którego prostokątna podstawa ze stali zabudowana jest jednym, łatwym w utrzymaniu w czystości elementem zabezpieczającym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści stół, którego przeciwodleżynowe materace są grubości 75mm?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści stół, którego blat jest modułowy i posiada możliwość montażu innych elementów po obu stronach blatu lecz bez możliwości zmiany orientacji pacjenta (normalny i odwrócony), z systemem mocowania za pomocą zatrzasków bez zabezpieczenia uzyskiwanego pokrętelem? Takie rozwiązanie charakterystyczne jest dla starszych konstrukcji. W nowoczesnych stołach pokręteł się nie stosuje, gdyż zatrzaski posiadają odpowiednie zabezpieczenia.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści stół, który posiada na pilocie obsługę funkcji regulacji wysokości, trendelenburga, antytrendelenburga, przesuwu wzdłużnego, regulacji oparcia pleców i daje możliwość uzyskania pozycji flex / reflex na wymaganym poziomie, lecz z płytą nożną opuszczaną za pomocą sprężyny gazowej oraz przechylami bocznymi uzyskiwanymi mechanicznie?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści stół, bez panelu sterującego umieszczonego na kolumnie? Oferowany stół posiada intuicyjny pilot ze wszystkimi funkcjami. Ponadto w trakcie trwania zabiegu / operacji dostęp do panelu na kolumnie jest praktycznie niemożliwy ze względu na obłożenia chirurgiczne, dreny, przewody, rurki itp.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści stół o innym przekroju (LxW) 303 mm x 375 mm. Zapewniającym pełną przezierność blatu. Przekrój kolumny nie powinien być parametrem ograniczającym innych oferentów.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja wysokości blatu odbywa się w zakresie 605 – 1005 mm?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści stół, którego całkowita szerokość blatu wynosi 655 mm oraz 770mm z demontowanymi barierkami bocznymi?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłami bocznymi na poziomie +/- 12°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści stół z przechylem Trendelenburga wynoszącym 20° oraz przechylem Antytrendelenburga wynoszącym 12°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

13. Czy Zamawiający dopuści stół z regulowanym podglówkiem w zakresie +/- 30°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

14. Czy Zamawiający dopuści stół z płytą nożną niedzieloną regulowaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 - 65°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

15. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu oparcia w zakresie 0 - 65°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

16. Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 250 kg? Pragniemy zauważyć że przy stole o szerokości wymaganej przez Zamawiającego nierealnym jest położenie na nim pacjenta o masie powyżej 250 kg.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 29 Stół zabiegowy 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stół o napędzie elektromechanicznym, którego całkowita szerokość blatu wynosi 655 mm oraz 770mm z demontowanymi barierkami bocznymi?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści stół, którego regulacja wysokości blatu odbywa się w zakresie 605 – 1005 mm?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści stół z przechylem Trendelenburga wynoszącym 20° oraz przechylem Antytrendelenburga wynoszącym 12°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu oparcia w zakresie 0 - 65°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulowanym podglówkiem w zakresie +- 30°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłami bocznymi na poziomie +- 12°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem 4 segmentowym: podglówek o szerokości 50% blatu, płyta oparcia, płyta siedzeniowa, podnózek jednoczęściowy opuszczany dający możliwość uzyskania pozycji fotelowej?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści stół, którego blat jest modułowy i posiada możliwość montażu innych elementów po obu stronach blatu lecz bez możliwości zamiany segmentów czyli zmiana orientacji ułożenia pacjenta?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści stół z płytą nożną niedzieloną regulowaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 - 65°?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści stół, którego zewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonane są ze stopów metali lekkich a prostokątna podstawa ze stali zabudowana jest jednym, łatwym w utrzymaniu w czystości elementem zabezpieczającym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści stół, bez panelu sterującego umieszczonego na kolumnie? Oferowany stół posiada intuicyjny pilot ze wszystkimi funkcjami. Ponadto w trakcie trwania zabiegu / operacji dostęp do panelu na kolumnie jest praktycznie niemożliwy ze względu na obłożenia chirurgiczne, dreny, przewody, rurki itp.

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w miękkie materace przeciwoleżynowe o grubości 75 mm bez domieszki aktywnego srebra?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 37 Wózek anestezjologiczny

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej a blat i czoła szuflad z wysokiej jakości tworzywa z możliwością wyboru kolorystyki?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego wymiary wynoszą 710 x 527 x 1050 ?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści wózek ze składaną półką boczną?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do prowadzenia z boku wózka?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pozycja nr 39 Wózek zabiegowy

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego szkielek wykonany jest ze stali nierdzewnej a blat i czola szuflad z wysokiej jakości tworzywa z możliwością wyboru kolorystyki?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego wymiary wynoszą 710 x 527 x 1050 ?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści wózek ze składaną półką boczną?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do prowadzenia z boku wózka?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1. W związku z ogłoszeniem postępowania na **dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)**, chcemy zadać kilka pytań związanych z wymaganiami technicznymi dotyczącymi pozycji nr 41, zestaw pomp infuzyjnych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy wysokiej klasy, których parametry nieznacznie odbiegają od wymogu zawartego w wykazie sprzętu z parametrami technicznymi, są to pompy o wysokości 13,5 cm, szybkości dozowania 0,1-1500 ml/h, szybkości dozowania Bolusa do 1500 ml/h, bez klawiatury numerycznej do wprowadzania parametrów infuzji a posiadające intuicyjne klawisze oznaczone znakami graficznymi do wprowadzania parametrów i programowania pompy, z biblioteką 100 leków ale bez możliwości programowania za pomocą oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania biblioteki leków, posiadającą trzy progi ciśnienia okluzji bez możliwości regulacji i bez automatycznej redukcji bolusa okluzyjnego, z historią alarmów obejmującą 1000 wpisów, wyposażone w akumulator z czasem pracy do 6 h przy infuzji 5 ml/h, z czytelną prezentacją stanu naładowania akumulatora za pomocą wskaźnika LED na obudowie pompy, za stacją dokującą z możliwością na mocowanie do 4 pomp, co jest wystarczające dla wymaganej ilości trzech pomp, stację wykonaną z tworzywa i metalu lekkiego z ręcznymi gniazdami zasilającymi dla każdej pompy ale bez sygnalizacji świetlnej i alarmowej i bez uchwyty do zawieszania pojemników z płynami?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania pozwoli nam złożyć na ofertę w tym postępowaniu.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. przetargu nieograniczonego na: **dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej. Sprawa nr: POSUM/ZPpn/3/2017.**

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 5 ppkt. b), c), d), f), g) SIWZ: prosimy Zamawiającego o wydłużenie reakcji serwisu do 24h. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 5 ppkt. c), d), e), f), g) SIWZ: prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu trzeciego zdania nadając mu brzmienie: „Po 3 naprawach jednego instrumentu bądź urządzenia - Zamawiający wymaga wymiany odpowiednio jednego instrumentu bądź urządzenia na nowy w wyznaczonym terminie”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 6 SIWZ: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie części zdania o treści: „a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty”.
Z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp wynika wprost, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje, co podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku w sprawie sygn. KIO 56/15.

Odp. Tak, Zamawiający wykreśla

5. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza że dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy

6. Dotyczy Rozdziału XI pkt. 9.4 ppkt. a) SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o dostępności części zamiennych przez min. 10 lat wystawione przez dystrybutora lub

autoryzowanego przedstawiciela producenta, a nie przez producenta? Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, źródlenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

8. Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zapisu w Rozdziale XIX pkt. 1 SIWZ, w którym winna być wskazana data 8 maja 2017r. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, a nie data 4 maja 2017r.

Odp. Tak Zamawiający zrobi sprostowanie tego zapisu na 8 maja 2017r.

9. Mając na względzie miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej o której mowa w Rozdziale XXX pkt. 8 ppkt. g) SIWZ (odnośnik 4) z 5% na 2%.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca przedstawił jedynie, że wykonał co najmniej 1 (jedną) główną dostawę sprzętu medycznego wraz z finansowaniem o wartości co najmniej 2 900 000,00 zł brutto każda oraz co najmniej 3 (trzy) główne dostawy sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda?

Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w SIWZ wymaga wykazania w sumie co najmniej 25 różnych dostaw na bardzo wysokie kwoty realizacji, co jest nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu zamówienia i ogranicza konkurencyjność postępowania. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1a. ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Postawienie tak rystrykcyjnego nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku, powoduje ograniczenie konkurencji, gdyż żaden Wykonawca nie jest w stanie spełnić tak postawionego warunku, a tym bardziej małe i średnie przedsiębiorstwa, którym w ten sposób jest utrudniony dostęp do niniejszego zamówienia. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odp. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawił, że wykonał co najmniej 1 (jedną) główną dostawę sprzętu medycznego wraz z finansowaniem o wartości co najmniej 2 900 000,00 zł brutto co dotyczy rozdziału IX pkt.1.1.2.b ppk 1 natomiast wszystkie pozostałe wymogi zawarte w rozdziale IX pkt.1.1.2.b od ppkt 2-10 zgodnie z odpowiedziami i SIWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

Odp. Tak, umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

12. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy jaka będzie zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy jaka będzie zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy?

13. W przypadku odpowiedzi odmownej na dwa powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o przedstawienie pełnego wzoru umowy, na podstawie którego zostanie zawarta umowa, aby Wykonawcy mogli się zapoznać ze wszystkimi zapisami.

Odp. Zamawiający udzielił pozytywnych odpowiedzi

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby raty leasingowe były kalkulowane w oparciu o zmienne oprocentowanie WIBOR 6M?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

15. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć wartość WIBOR 6M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. z dnia 28.03.2017r.
2. Prosimy o potwierdzenie, że okres rozliczeniowy będzie wynosił 6 miesięcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR 6M z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.
4. Prosimy o potwierdzenie, że dla aktualizacji harmonogramu należy przyjmować wartości WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 6M, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

Tak, Zamawiający potwierdza

16. Prosimy Zamawiającego o określenie terminu płatności opłaty końcowej tj. wykupowej. Proponujemy, aby była ona płatna w terminie 30 dni od dnia wymagalności ostatniej tj. 72 raty leasingowej. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego terminu płatności Opłaty końcowej.

Odp. Tak, Termin płatności w terminie 30 dni od dnia wymagalności ostatniej tj. 72 raty leasingowej.

17. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że raty leasingowe będą płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu zamówienia. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie terminów płatności rat leasingowych.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

18. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

19. Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odp. Zgodnie z SIWZ

20. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.

Odp. Zgodnie z SIWZ

21. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

22. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz jego koszt przez cały okres trwania umowy ponosi Zamawiający.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na sprzęt będący przedmiotem leasingu w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

24. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

25. W przypadku odpowiedzi odmownej na trzy powyższe pytania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu ma nie być wliczony w cenę oferty tj. raty leasingowe, tylko będzie refakturowany na rzecz Zamawiającego w cyklach rocznych. Pragniemy zauważyć, iż ze względu na długi okres leasingowania nie jest możliwym prawidłowe skalkulowanie ceny oferty i rat leasingowych z uwzględnieniem ubezpieczenia przez okres 6 lat, gdyż wysokość stawki składki ubezpieczeniowej może w każdym roku ulec zmianie. Na rynku, żadna firma ubezpieczeniowa nie zagwarantuje stałej stawki składki ubezpieczeniowej na okres 6 lat.

Odp. Zamawiający udzielił pozytywnych odpowiedzi

26. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości dodania do Formularza Ofertowego - załącznik nr 1 następującego zapisu: „Ubezpieczenie przedmiotu leasingu za okres pierwszych 12 miesięcy trwania umowy wynosi zł. licząc od daty wystawienia polisy i zostanie refakturowany na rzecz Zamawiającego. Należności za pozostały okres ubezpieczenia będą refakturowane na rzecz Zamawiającego w cyklach rocznych”.

Odp. Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie po uzyskaniu ceny oferty

27. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
- i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odp. Tak, Zamawiający podaje katalog zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do umowy zapisu o następującym brzmieniu:

- a) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
 - b) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
 - c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
 - d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Możliwość zmiany umowy może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody każdej ze stron.

28. Prosimy o dodanie do umowy postanowienia: Amortyzacji Przedmiotu Leasingu - w rozumieniu przepisów prawa o podatku dochodowym - dokonuje Wykonawca.”

Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

29. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rurki intubacyjne oraz nosowo gardłowe, określone w poz. Nr 22 wiersz 1 - 14 tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych są rurkami wielorazowego użytku, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym podlegają amortyzacji jako środki trwałe. Pragniemy zauważyć, iż sprzęt medyczny jednorazowego użytku nie może być objęty umową leasingu, gdyż sprzęt taki nie podlega amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przedmiotem leasingu mogą być tylko i wyłącznie podlegające amortyzacji środki trwałe, (czyli o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok). Dodatkowo w przypadku utraty/ uszkodzenia przedmiotu leasingu umowa leasingu wygasa.

Odp. Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 22 OPZ

30. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku błędnego zaklasyfikowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w SIWZ jako podlegającego przepisom dotyczącym leasingu i w związku z powyższym zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętej klasyfikacji umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę (w tym w szczególności kwotę odpowiadającą ewentualnej powstałej zaległości podatkowej, kwotę podatku którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w związku z podaniem przez Zamawiającego nieprawdziwych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, odsetek, kar, innych kosztów, w tym obsługi prawnej, poniesionych przez Wykonawcę).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

31. W przypadku gdy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych oraz nosowo gardłowych jednorazowego użytku, określonych w poz. Nr 22 wiersz 1 - 14 tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych, prosimy o wyłączenie tej pozycji z opisu przedmiotu zamówienia, gdyż sprzęt taki nie może być objęty umową leasingu. Pozostawienie zapisów SIWZ w pierwotnym brzmieniu spowoduje, że umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie będzie mogła być uznana za umowę leasingu w ww. zakresie.

Odp. Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 22 OPZ

32. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks), stanowiący załącznik i który powinien być podpisany przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu.

a. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

33. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.”

Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

34. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez **Wykonawcę** z siedzibą wprzy al., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla pod nr KRS:, NIP:, REGON:, o kapitale zakładowym w wysokości zł - pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących przysługującego Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

36. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w zakresie zestawów do diatermii. W rozdziale IV pkt. 1 SIWZ ora w wykazie sprzętu Zamawiający wskazała w ppkt. 45 i 46 zestawy do diatermii w ilości po 1 szt, czyli łącznie 2 zestawy. Natomiast w opisie wymaganych parametrów technicznych jest wskazany w poz. Nr 45 tylko 1 kpl. zestawu do diatermii, natomiast w poz. 46 znajduje się zestaw do mycia. Prosimy o wyjaśnienie ile zestawów do diatermii Zamawiający oczekuje. Jeżeli dwóch, to prosimy o dodanie kolejnej tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi dla drugiego kompletu zestawu.

Odp. Zamawiający potwierdza omyłkę i wymaga jednego kompletu zgodnie z pozycją nr 45

37. W nawiązaniu do powyższego pytania, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie zestawów do sterylizacji. W SIWZ i wykazie sprzętu są wskazane dwa zestawy, natomiast z tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych poz. 46 wynika, że Zamawiający oczekuje 1 kpl. Zestawu składającego się z następujących elementów: poz. 46.1 sterylizator parowy; 46.2. sterylizator plazmowy; 46.3 Myjnia Dezynfektor; 46.4 Zgrzewarka rotacyjna z podajnikiem rolkowym i obcinarką dwupoziomową; 46.5. Inkubator testów biologicznych; 46.6. wyposażenie meblowe i pomocnicze. Prosimy o wyjaśnienie ile zestawów do sterylizacji Zamawiający oczekuje. Jeżeli dwóch, to prosimy o dodanie kolejnej tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi dla drugiego kompletu zestawu.

Odp. Zamawiający oczekuje 1 kpl.

- 38.** W nawiązaniu do dwóch powyższych pytań, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie zestawów endoskopowych. W SIWZ i wykazie sprzętu są wskazane dwa zestawy, natomiast z tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych poz. 47 wynika, że Zamawiający oczekuje 1 kpl. zestawu. Prosimy o wyjaśnienie ile zestawów endoskopowych Zamawiający oczekuje. Jeżeli dwóch, to prosimy o dodanie kolejnej tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi dla drugiego kompletu zestawu.

Odp. Zamawiający oczekuje 1 kpl.

- 39.** W nawiązaniu do powyższych pytań, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie poz. 8 - Stetoskop. W SIWZ i wykazie sprzętu są wskazane 3 sztuki, natomiast w tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych poz. 8 jest wskazana 1 sztuka. Prosimy o wyjaśnienie ile stetoskopów Zamawiający oczekuje. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych.

Odp. Zamawiający oczekuje 3 sztuki

- 40.** W nawiązaniu do powyższych pytań, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie poz. 15 - Łóżko Szpitalne sterowane elektrycznie. W SIWZ i wykazie sprzętu jest wskazanych 10 sztuk, natomiast w tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych poz. 15 jest wskazanych 14 sztuka. Prosimy o wyjaśnienie ile Łóżek Zamawiający oczekuje. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych.

Odp. Zamawiający oczekuje 14 łóżek

- 41.** Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie w poz 42 i 43 tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych ilości sztuk kompletów systemów jakie należy zaoferować, aby były zgodne z SIWZ i wykazem sprzętu tj. 1 kpl.

Odp. Zamawiający wymaga 4 kompletów po jednym na każdą z sal

- 42.** Pragniemy wyjaśnić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w leasingu operacyjnym podatek VAT będzie naliczony od wszelkich należności przewidzianych niniejszą Umową według stawki obowiązującej jak dla usługi leasingu (a nie jak dla dostawy towaru jak ma to miejsce w leasingu finansowym). W związku z powyższym w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT, będzie naliczony podatek VAT ze stawką 23% zarówno od części kapitałowej raty leasingowej tj. od wartości aparatury netto oraz od części odsetkowej raty leasingowej. Zamawiający nie otrzyma zatem faktury, w której dla sprzętu medycznego/ aparatury medycznej (wyrobów medycznych) byłby naliczony VAT po stawce 8%, gdyż jest to nie możliwe w przypadku leasingu operacyjnego. Zatem nie jest możliwe pokazanie w formularzu ofertowym wartości brutto aparatury ze stawką VAT 8%, prosimy więc o zmianę tabeli opłat w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 w następujący sposób:

Przedmiot zamówienia	Wartość netto za cały okres finansowania	wartość brutto za cały okres finansowania	Koszt sfinansowania za cały okres finansowania	Wartość końcowa (3 + 4) za cały okres finansowania
1	2	3	4	5
Aparatura medyczna wyszczególniona w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE) w poz. 1-48				

Wyposażenie niemedycezne (meble) - wyszczególnione w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE) w poz. 49-53				
Razem				

Odp. Zamawiający określając stawki w tabeli chciał określić podział na sprzęt medyczny i niemedycezny. Zamawiający rozumie istotę finansowania w formie leasingu operacyjnego i wymaga naliczenia stawki VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

- 43.** Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w zakresie kolumny nr 4 Wykazu sprzętu, w której winna być uzupełniona jednostka miary? Prosimy Zamawiającego o poprawienie Wykazu sprzętu poprzez uzupełnienie 4 kolumny.

Odp. Zamawiający usuwa 4 kolumnę wykazu sprzętu

- 44.** W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wyjaśnienie, czy kolumnę nr 4 Wykazu sprzętu mają uzupełnić Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o określenie w jakim zakresie (jakie informacje mają się znaleźć w tej kolumnie).

Odp. Zamawiający usuwa 4 kolumnę wykazu sprzętu

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie oryginalnych stron katalogowych producenta w języku angielskim? Katalogi zawierają dokładne zdjęcia narzędzi i wymiary w mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 5h do 48h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odp. Zgodnie z odpowiedziami i SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na 0,5% wartości brutto jednej raty leasingowej za każdy dzień zwłoki w terminowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu, jak również w zakresie zwłoki w terminowej realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na 0,5% wartości brutto jednej raty leasingowej za każdy dzień zwłoki w terminowego dostarczenia nowego sprzętu w sytuacjach przewidzianych w zapisach rozdz. IV ust. 5 SIWZ – „Warunki serwisu, gwarancji i przeglądów”? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na 0,5% wartości brutto jednej raty leasingowej za każdy dzień zwłoki w realizacji wymaganego przeglądu sprzętu, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na realizację ww. obowiązku? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

7. Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 3 dni do 14 dni.

Odp. Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: optyka laparoskopowa „kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 31 cm?

Odpowiedź. 3 sztuki.

9. . Czy zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „Kosz druciany na 1 optykę endoskopową, sztywną o długości do 34 cm i średnicy do 10 mm” ?

Odpowiedź. 3 sztuki.

10. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „ Światłowód, średnica 4,8 mm, długość 300 cm”?

Odpowiedź. 3 sztuki.

11. Zamawiający w punkcie 9 opisu insuflatora wymaga dostarczenia „ wysokociśnieniowy przewód doprowadzający CO2 o długości min. 100 cm 1 szt. – w komplecie”

Poniżej Zamawiający opisuje kolejny przewód wysokociśnieniowy CO2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości przewodów CO2?

Odpowiedź. 1 sztuka.

12. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji”?

Odpowiedź. 2 sztuki.

13. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „Filtr gazu CO2, do insuflatora, sterylny, 25 szt.”?

Odpowiedź. 50 sztuk.

14. Czy Zamawiający w opisie pompy ssąco płuczącej zrezygnuje z wymogu zawartego w punktach 18,19,20 tegoż opisu. Zamawiający posiada urządzenia zewnętrzne do ssania a zaofertowane elementy nie byłyby Zamawiającemu potrzebne.

Wielobrazowy dren silikonowy do odsysania, sterylizowalny
Worek do odsysania o poj. 2 litrów, z filtrem, jednorazowy, opakowanie 48 szt.
Pojemnik plastikowy na worek do odsysania

15. Zamawiający w punkcie 1 – Element pracujący resektoskopu- wymaga dostarczenia „Element pracujący resektoskopu, bipolarny, aktywny”. Czy zamawiający zgodzi się na

zamianę tegoż elementu na „bierny” – powszechnie stosowanego w histeroskopii ginekologicznej?

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elementu pracującego – bierny.

16. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilości wyspecyfikowanych narzędzi i instrumentów laparoskopowych?

Odpowiedź. Zamawiający określił ilości narzędzi laparoskopowych w tabeli OPZ
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE.

Pytanie 1 Dot. Poz. Nr 6- ciśnieniomierz:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności wysokiej jakości ciśnieniomierz ręczny, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Dzięki zastosowaniu bezprzekładniowego mechanizmu, charakteryzuje się on wysoką dokładnością pomiarów, odpornością na wstrząsy oraz tym, że jest lżejszy od tradycyjnych manometrów. Ciśnieniomierz zachowuje dokładność pomiaru nawet przy upadku na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm. Dzięki temu posiada on 5-letnią gwarancję kalibracji. Wyposażony jest w tradycyjny zawór obrotowy.

Ciśnieniomierze dostępny jest z mankietami wykonanymi w innowacyjnej technologii która pozwala na szybką i sprawną wymianę mankiету na inny rozmiar. Mankiet nie posiada sztywnych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie. Jednocześnie konstrukcja zapobiega przenikaniu bakterii między wkładem gumowym a rękawem, ułatwia czyszczenie i dezynfekcję. Materiał nie zawiera lateksu, a dodatkowo wykończony jest powłoką pomagającą zapobiegać rozwojowi bakterii i grzybów. Dedykowane są do niego mankiety w różnych rozmiarach:

- Niemowlęcy mały (6) 7 – 10 cm
- Niemowlęcy (7) 9 – 13 cm
- Dziecięcy mały (8) 12 – 16 cm
- Dziecięcy (9) 15 – 21 cm
- Dorosły mały (10)
- Dorosły (11) 25 – 34 cm
- Dorosły długi (11L) 25 – 34 cm
- Dorosły duży (12) 32 – 43 cm

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 2 dot. poz. Nr 8 Stetoskop:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego stetoskop, którego średnica membrany wynosi 4,85 cm i 3,25 cm?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 3 dot. poz. Nr 8 Stetoskop:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany stetoskop posiadał 10 letni okres gwarancji?

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale go nie wymaga.

Pytanie 4 dot. poz. Nr 8 Stetoskop:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego stetoskop, którego waga wynosi 0,55kg?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 5 dot. poz. Nr 14 laryngoskop

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łyżki laryngoskopowe, których oznaczenie rozmiaru i typu łyżki znajduje się na bocznej części tylnej?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 6 dot. poz. Nr 14 laryngoskop

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego rękojeść bez oznaczenia LED i nr seryjnych?

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 7 dot. poz. Nr 36 Worek samorozprężalny

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności worek o podanych parametrach:

- Worek wielorazowego użytku
- Worek wykonany z silikonu, przezroczysty
- Maksymalna ilość wdechów na minutę – 45
- Zawór bezpieczeństwa pacjenta 40 cm H₂O LUB 60 cm H₂O
- Mocowanie drenu tlenowego stożkowe
- Możliwość sterylizacji w autoklawie lub w płynach
- Odporność na detergenty i środki dezynfekcyjne
- Objętość rezerwuaru tlenu: 2500ml
- Objętość worka samorozprężalnego: 1500ml
- Objętość dostarczanego tlenu przy wentylacji jedną ręką: 800 ml
- Temperatura przechowywania: -40°C do + 60°C
- Temperatura pracy: -15°C do +50°C
- Konstrukcja worka uniemożliwiająca niewłaściwy montaż
- Możliwość obrotu założonej maski na worek o 360°
- W zestawie maska twarzowa silikonowa w rozmiarach: 3, 4, 5

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 8 dot. poz. Nr 23 Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych, przeznaczony do szybkiego podawania płynów infuzyjnych pacjentom wymagającym agresywnej płynoterapii. Mankiet został wykonany z wytrzymałych materiałów. Przezroczysta przednia ścianka mankieta zapewnia pełną widoczność butelki lub worka z płynem. Wbudowany manometr z czytelną skalą przytwierdzony do mankieta w jego dolnej części oraz klasyczna gruszka z zaworem obrotowym umożliwiają precyzyjną kontrolę i regulację szybkości przepływu.

Mankiet może być stosowany do butelek lub worków o pojemności od 500 do 1000 ml. Wbudowany gumowy worek ciśnieniowy może być łatwo wymieniony w przypadku uszkodzenia. Mankiet posiada zaczep do powieszenia na stojaku lub innym punkcie zapewniającym toczenie grawitacyjne.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- wysoka trwałość wykorzystanych materiałów
- łatwość i bezpieczeństwo stosowania
- ciśnienie robocze w zakresie 1 - 300 mmHg
- podziałka na manometrze oznaczona kolorami z zaznaczoną czerwoną strefą ciśnienia granicznego
- przezroczysta przednia ścianka zapewniająca widoczność płynu
- zamek błyskawiczny umożliwiający szybką wymianę gumowego mankieta
- możliwość zawieszenia całego zestawu.
- mankiet posiadający uchwyt umożliwiający jego zawieszenie
- Mankiet z wbudowanym manometrem posiadającym czytelną skalę w zakresie 1 - 300 mmHg

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 9 dot. poz. Nr 16 Monitor Funkcji Życiowych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności kardiomonitor modułowy z kolorowym ekranem 17”?

Parametry produktu:

- Ekran kolorowy TFT/LCD z powłoką antyrefleksyjną; przekątna 17”, rozdzielczość 1280 x 1024 pixeli
- Prezentacja na ekranie do 10 krzywych dynamicznych
- Konfiguracja: EKG 3/7 odprowadzeń, respiracja, SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, kapnometria w strumieniu bocznym lub głównym,
- Analiza arytmii i odcinka ST, pamięć do 128 epizodów z zapisem 8-sekundowych fragmentów EKG
- Pulsoksymetria w technologii Nellcor
- Oksykardiorespirogram
- Opcja monitorowania EKG z 12 odprowadzeń
- Pamięć do 168 godzin trendów wszystkich monitorowanych parametrów, prezentacja tabelaryczna lub graficzna
- Akumulator litowo-jonowy, czas pracy do 120 minut
- Obsługa za pomocą klawiszy funkcyjnych i pokrętła
- Podświetlane przyciski na panelu przednim umożliwiające pracę w nocy
- Funkcja przywołania personelu medycznego
- Kalkulator dawek leków, kalkulator parametrów hemodynamicznych, nerkowych, utlenowania, wentylacyjnych
- Opcje dodatkowe: 2 kanały IBP, rzut minutowy serca metodą kardiografii impedancyjnej (ICG), rzut minutowy serca metodą termodylucji (CO), analiza gazów anestetycznych w

strumieniu bocznym lub głównym (CO₂, N₂O, O₂, Halotan, Isofluran, Enfluran, Sevofluran, Desfluran), indeks bispektralny (BIS), analizator głębokości znieczulenia (CSM).

- Kieszon modułu wieloparametrowego EMS/MPS
- kieszenie jednoparametrowych modułów pomiarowych
- Wyjście DVI oraz VGA umożliwiające podłączenie dodatkowego ekranu
- Napęd kart pamięci SD
- 6 portów USB, możliwość podłączenia klawiatury i myszki
- Bezszermerowa praca – chłodzenie konwekcyjne
- wymiary: 434 x 389 x 206 mm
- waga: < 11 kg (z modułem EMS, CO₂, drukarką i baterią litową)
- gniazda modułów pomiarowych: 4

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 10 dot. poz. Nr 21 Pulsoksymetr

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wielofunkcyjny pulsoksymetr, który jest prostym w obsłudze urządzeniem łączącym cechy cyfrowego pulsoksymetru i ciśnieniomierza elektronicznego?

Może być wykorzystywany zarówno do ciągłego monitorowania, jak i do pojedynczych pomiarów saturacji, pulsu i ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów dorosłych i dzieci. Wartości wszystkich mierzonych parametrów są prezentowane na oddzielnych, dużych wyświetlaczach LED. Cyfrowa

technologia pomiaru obróbki sygnału i redukcji zakłóceń Nonin PureSAT gwarantuje wysoką dokładność pomiarów u pacjentów ruchliwych lub o niskiej perfuzji. Aparat posiada szerokie możliwości zarządzania funkcjami alarmowymi monitorowanych parametrów. System alarmów wizualnych i dźwiękowych sygnalizuje przekroczenie wartości granicznych saturacji, pulsu oraz ciśnienia, a także niską perfuzję, niski poziom baterii i rozłączenie czujnika / mankietu. Urządzenie wyposażone jest w pamięć 33,5 godzin wyników pomiarów, które mogą być przesyłane do komputera PC, a następnie odczytywane i archiwizowane przy wykorzystaniu oprogramowania Nonin nVISION.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zakres pomiaru saturacji SpO₂: 0 – 100%, dokładność +/- 2 cyfry w zakresie 70 – 100%
- zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 300 ppm, dokładność +/-3% +/- 1 cyfra
- zakres pomiaru ciśnienia krwi, przy dokładności +/- 3 mmHg:
- ciśnienie skurczowe: 40 – 260 mmHg
- ciśnienie rozkurczowe: 25 – 200 mmHg
- programowany odstęp pomiędzy pomiarami NIBP w trybie automatycznym: od 1 do 90 minut
- długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona)
- pamięć: 33,5 godziny
- temperatura pracy: od 0 do +50 °C
- wilgotność powietrza: 10 – 90% bez kondensacji
- zasilanie: wewnętrzny akumulator, zasilacz 230 VAC / 12 VDC
- czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: minimum 5 godzin
- wymiary: 19 x 13,8 x 11,4 cm

- waga: 1,3 kg

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- prosta, intuicyjna obsługa
- cyfrowa technologia pomiaru SpO₂, pulsu i ciśnienia NIBP
- programowany tryb automatyczny i ręczny („na żądanie”) pomiaru NIBP
- duże, cyfrowe wyświetlacze LED, oddzielne dla każdego parametru
- wskaźniki: siły sygnału, jakości perfuzji, braku lub niewłaściwego położenia czujnika
- zaawansowane funkcje alarmowe
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- możliwość transferu danych do komputera
- różne rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia
- możliwość współpracy z szeroką gamą czujników
- niewielkie wymiary i ciężar

NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Dotyczy: POSUM/ZPpn/3/2017 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej”

Pozycja 12, Kozetka lekarska sterowana elektrycznie

1. C
zy Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku gdy nie ma konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?
2. C
zy Zamawiający wydłuży reakcji serwisu do 72 godzin roboczych?
Odp. Zgodnie z Odpowiedziami i SIWZ

Pozycja 27, Stół do przygotowania pacjenta

1. C
zy Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku gdy nie ma konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?
Odp. Zgodnie z odpowiedziami i SIWZ
2. C
zy Zamawiający wydłuży reakcji serwisu do 72 godzin roboczych?
Odp. Zgodnie z odpowiedziami i SIWZ
3. C
zy Zamawiający dopuści stół o udźwigu maksymalnym 180kg?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

4. C
zy Zamawiający dopuści stół 2 segmentowy bez możliwości uzyskania pozycji siedzącej z nogami w dole?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
5. C
zy Zamawiający dopuści stół o całkowitej długości 188,5cm?
6. O
dp. Tak, Zamawiający dopuszcza
7. C
zy Zamawiający dopuści stół bez listew po obu stronach umożliwiających montaż wyposażenia dodatkowego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
8. C
zy Zamawiający dopuści stół o zakresie regulacji wysokości 45-91cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
9. C
zy Zamawiający dopuści stół o przechyłach wzdłużnych +/- 15 stopni?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
10. C
zy Zamawiający dopuści stół o zakresie regulacji oparcia 0-85 stopni?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
11. C
zy Zamawiający dopuści stół bez segmentu nóg a co za tym idzie bez regulacji segmentu nóg?
Kozetka jest 2 segmentowa.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
12. C
zy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości? Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu za pomocą pilota ręcznego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

13.

Czy Zamawiający dopuści stół tapicerowany bez odejmowanego materaca?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pozycja 27, Stół do przygotowania pacjenta

1. Czy Zamawiający dopuści stół z tapicerką zawierającą inną domieszkę redukującą bakterie niż aktywne srebro?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Nawiązując do treści przedmiotu zamówienia proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający w **poz. 27** Stół do przygotowania pacjenta dopuści stół o poniższych parametrach:

Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa stołu wykonana z rur o średnicy min. 33 mm. Bariereki boczne z możliwością składania wzdłuż leża wykonane ze stali nierdzewnej. Odbój gumowy wokół leża oraz na narożnikach w dodatkowe odbojniki okrągłe. Leże wykonane z białej płyty HPL 10 mm oraz wyposażone w miękki materac zdejmowany o wielkości min. 1825x560mm.

Blat przezierny dla promieni RTG. Kolorystyka materaca do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty. Śrubowy mechanizm regulacji wysokości w zakresie 600-850 mm. Mechanizm śrubowo korbowy z składaną rączką. Oparcie głowy z regulacją wysokości w min trzech stopniach. Kozetka na kółkach fi 200 mm w tym dwa blokowane za pomocą jednej dźwigni. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 2050x720x600/850 mm. W wyposażeniu regulowany wieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy zamawiający w **poz. 29** Stół zabiegowy wymaga zaoferowania dodatkowego wyposażenia stołu zabiegowego w elementy typu: podpory ginekologiczne, ekran, przystawka proktologiczna itp.

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Czy zamawiający w **poz. 29** Stół zabiegowy podtrzymuje zapis dostawy stołu z podporami bocznymi?

Odp. Zgodnie SIWZ

Dotyczy pozycja nr 42 i 43 System AV

4. Czy Zamawiający wymaga dostawy spójnego systemu AV łącznie dla 4 sal operacyjnych / zabiegowych ? Analizując ilości komponentów można się domyślać że zakres obejmuje 4 sale. Wyjątek stanowi liczba stacji zarządzających w ilości łącznej tylko 3 szt. Prosimy o podanie poprawnej ilości.

Odp. Każda sala ma być wyposażona w odpowiedni sprzęt systemu AV, który umożliwi jego poprawne działanie .

5. Czy Zamawiający zapewni separowane obwody zasilające dla systemu AV dla każdej Sali operacyjnej/ zabiegowej oraz serwerowni? Każda sala zabiegowa/operacyjna oraz serwerownia powinna posiadać dedykowany obwód o zabezpieczeniu 16A.

Odp. Tak Zamawiający zapewnia

6. Czy Zamawiający zapewni dla systemu AV – serwerowni oraz sal operacyjno-zabiegowych dostęp do sieci szpitalnej LAN i zasilania bezprzewodowego?

Odp. Tak Zamawiający zapewnia

7. Zamawiający przewiduje jeden dekodery dla transmisji obrazu z Sali operacyjnej/zabiegowej do Sali konferencyjnej. Prosimy o doprecyzowanie, która sala ma być połączona z salą audytoryjną.

Odp. Sala operacyjna

8. Prosimy o sprecyzowanie miejsca montażu elementów systemu AV. Czy wszystkie pomieszczenia sale operacyjne/zabiegowe, sala audytoryjna, serwerownia znajdują się w jednej kondygnacji budynku?

Odp. Miejsca zostaną wskazane po podpisaniu umowy

9. Prosimy o sprecyzowanie miejsca montażu elementów systemu AV takich jak: monitory, stacje sterujące, szafy rack itd.

Odp. Miejsca zostaną wskazane po podpisaniu umowy

10. Czy Zamawiający w Sali konferencyjnej wymaga dostarczenia monitora? Jeśli tak to prosimy o podanie jego parametrów.

Odp. Nie wymaga

11. Czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z systemem AV pełnego okablowania światłowodowego ?

Odp. Nie wymaga

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie istniejących tras kablowych? Czy Zamawiający przewidział peszle do prowadzenia tras kablowych?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

13. Czy Zamawiający zapewni dostęp do przestrzeni sufitowych, ścian a po dokonanych odbiorach zamknie pomieszczenia we własnym zakresie?

Odp. Tak

14. Czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostki sterującej oraz zegara na istniejących ścianach w dedykowanych skrzynkach natynkowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

15. Czy Zamawiający na Sali operacyjnej/zabiegowej przewidział dedykowane ramiona do montażu monitorów medycznych?

Odp. Tak

Wykonawca- Spółka MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 76 zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2017r ze względu na niemożliwość skompletowania wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów , co uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przez naszą firmę w terminie 08.05.2017.

Powyższa prośba jest związana m. in. ze zbliżającym się długim weekendem majowym i związanymi z nim urlopami pracowników wielu firm zajmujących się sprzedażą sprzętu medycznego, w związku z czym nasza Spółka może mieć problem ze skompletowaniem w terminie wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia oferty.
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 19.05.2017.