

Poznań, 17.05.2022 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu, aparatury pomiarowej oraz wyrobów do dezynfekcji i jednorazowego użytku w ramach projektu „Wielkopolski program rehabilitacji w POSUM” Działanie nr RPWP.06.06.00, Poddziałanie nr RPWP.06.06.01 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

**Pytanie nr 1 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z zaoferowanym urządzeniem?

Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.

Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcia wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia aktywności wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji. Przedmiotem zamówienia jest sam Fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania. Ma on mieć możliwość użycia dowolnego środka dezynfekującego nadającego się do zamglawiania, bez konieczności zakupu dedykowanych wkładów ze środkiem do dezynfekcji.*

**Pytanie nr 2 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z zaoferowanym urządzeniem w dawce max. 5ml/m<sup>3</sup>?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania badań potwierdzających skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z zaoferowanym urządzeniem w dawce max. 5ml/m<sup>3</sup>. Przedmiotem zamówienia jest sam Fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania. Ma on mieć możliwość użycia dowolnego środka dezynfekującego nadającego się do zamglawiania, bez konieczności zakupu dedykowanych wkładów ze środkiem do dezynfekcji.*

**Pytanie nr 3 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie – blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie – blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej. Przedmiotem zamówienia jest sam Fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania. Ma on mieć możliwość użycia dowolnego środka dezynfekującego nadającego się do zamglawiania, bez konieczności zakupu dedykowanych wkładów ze środkiem do dezynfekcji.*

**Pytanie nr 4 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia.*

**Pytanie nr 5 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych*

**Pytanie nr 6 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające panel dotykowy z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia z przyciskiem uruchomienia cyklu? Po uruchomieniu procesu diody migają na panelu przy skali wyboru kubatury kiedy następuje odliczanie do rozpoczęcia dyfuzji.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające panel dotykowy z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia z przyciskiem uruchomienia cyklu*

**Pytanie nr 7 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

**Dot. pkt. „możliwość użycia dowolnego środka dezynfekującego nadającego się do zamglawiania, bez konieczności zakupu dedykowanych wkładów ze środkiem do dezynfekcji”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. i wymagań? Oferowany system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiada potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) oraz PN-EN 17-272 - jedynymi normami dotyczącymi skuteczności dezynfekcji drogą powietrzną. Dedykowane do urządzenia środki posiadają potwierdzoną skuteczność, natomiast stosowanie innych środków nie gwarantuje skuteczności, co mija się z celem. Stosowanie środków o podobnym składzie („zamienników”) może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratą gwarancji.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od zapisu pkt. dot. „możliwości użycia dowolnego środka dezynfekującego nadającego się do zamglawiania, bez konieczności zakupu dedykowanych wkładów ze środkiem do dezynfekcji”*

**Pytanie nr 9 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt.**

**Dot. pkt. „zamglawiacz wyposażony w zbiornik ze specjalnego tworzywa HDPE o dużej gęstości przykręcany do specjalnej pokrywy mocowanej do urządzenia za pomocą zapadki”, „specjalna gumowana rączka antypoślizgowa do łatwego i bezpiecznego przenoszenia urządzenia”**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik ze środkiem w postaci butelki 1l wykonanej z polietyleny wysokiej gęstości HDPE, uchwyt z tworzywa sztucznego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające zbiornik ze środkiem w postaci butelki 1l wykonanej z polietyleny wysokiej gęstości HDPE, uchwyt z tworzywa sztucznego.*

**Pytanie nr 10 – dotyczy części 2 Bezobsługowy fumigator do dezynfekcji metodą zamglawiania – 2szt. dot. pkt. „wymiary max 345x450x300 mm”, „waga urządzenia max 6 kg”**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 300 x 432 x 494mm, wadze 6,2kg?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 300 x 432 x 494mm, wadze 6,2kg.*

**Pytanie dotyczące części nr 2 zapytania ofertowego.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez urządzeni do zamglawiania (fumigacji) certyfikatu medycznego. Urządzenia te w większości przypadków nie posiadają certyfikatu medycznego.

Urządzenia tego typu muszą spełniać normę technologii zamglawiania EN17-272, natomiast stosowane odczynniki powinny posiadać certyfikat wyrobu medycznego, jako materiał kontaktowy.

*Odpowiedź: w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zawarł konieczności posiadania przez urządzenie do zamglawiania certyfikatu medycznego.*